

# VYHLÁSENIE O ZHODE

## Vyhlásenie o zhode vydáva:

PREMATLAK a.s.

nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

IČO: 36 300 781

## Výrobok :

Názov: Tlakomer  
Typ: 03375  
Krajina pôvodu: Slovenská republika  
Popis a funkcia výrobku: zadný prípoj, pr.80 mm, závit M 20x1,5 (G1/2"), tlakový rozsah -10-250 m až 0-250 m (x10 kPa) (-1-25 bar až 0-25 bar), puzdro-antikoročná oceľ, merací prvok- membrana CuBe, priezor-plast, číselník-hliníkový plech, ukazovateľ-hliníkový plech, predná príruha-antikoročná oceľ (alebo bez), teplota okolia -20-60°C, presnosť 2,5% až 5% (dle rozsahu) , stupeň krytia – IP 65 podľa STN EN 60 529, prevedenie-STN EN 837


## Výrobca vyhlasuje:

- A. Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a sú prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a s požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B.
- B. Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných základných technických podmienkach.
- C. Pri posudzovaní zhody boli použité:
- a) harmonizované technické normy – STN EN 837 (časť 1, 2 a 3)  
STN EN 562  
STN EN 60 529
  - b) slovenské technické normy –

Prehlásenie o zhode je vydávané v súlade s STN EN 10 204+A1.

Dátum: 2.7.2010

Miesto vydania vyhlásenia: Stará Turá

  
Ing. Tomáš Čurka  
VVTÚ

**PREMATLAK a.s.**

nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá  
IČO: 36 300 781, IČ DPH: SK 2020180822

7