

VYHLÁSENIE O ZHODE

Vyhlásenie o zhode vydáva:

PREMATLAK a.s.

nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

IČO: 36 300 781

Výrobok :

Názov: Kontaktný tlakomer
Typ: 03380
Krajina pôvodu: Slovenská republika
Popis a funkcia výrobku: Priemer Ø 100 mm, spodný prípoj závit M 20x1,5 (G1/2“)
tlakový rozsah od 0-100kPa až 0-10MPa (0-1 bar až 0-100 bar),
merací prvok – bronz, prípoj - antikorózna oceľ, puzdro a plášť
- antikorózna oceľ, priezor - plast, číselník - hliníkový plech,
ukazovateľ - oceľový plech, kontakty magnetické alebo
nemagnetické – 2x max. (M22 alebo N22) alebo 1x min.-1x
max. (M21 alebo N21) alebo 2x min. (M11 alebo N11), teplota
okolia -20÷60°C, presnosť 1,6% (4%, 2,5%), stupeň krytia –
IP54 podľa STN EN 60 529, prevedenie podľa STN EN 837

Výrobca vyhlasuje:

- A. Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a sú prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a s požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B.
- B. Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných základných technických podmienkach.
- C. Pri posudzovaní zhody boli použité:
- a) harmonizované technické normy – STN EN 837 (časť 1, 2 a 3)
STN EN 562
STN EN 60 529
 - b) slovenské technické normy –

Prehlásenie o zhode je vydávané v súlade s STN EN 10 204+A1.

Dátum: 14.4.2010

Miesto vydania vyhlásenia: Stará Turá



Ing. Tomáš Čurka
VVTÚ
PREMATLAK a.s.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
IČO: 36 300 781, IČ DPH: SK 2020180622
