

# VYHLÁSENIE O ZHODE

## Vyhlásenie o zhode vydáva:

PREMATLAK a.s.

nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

IČO: 36 300 781

## Výrobok :

Názov: Kontaktný tlakomer  
Typ: 13365  
Krajina pôvodu: Slovenská republika  
Popis a funkcia výrobku: Priemer Ø 160 mm, zadný prípoj závit M 20x1,5 (G1/2“)  
tlakový rozsah od 0-100kPa až 0-10MPa (0-1 bar až 0-100 bar),  
merací prvok – bronz, prípoj - mosaz, puzdro a plášť –  
hliníkový odlitok, priezor - sklo, číselník - hliníkový plech,  
ukazovateľ - oceľový plech, predná prírubu- oceľ čierne  
lakovaná (alebo bez), výstup – dvojitý odporový vysielateľ 2x  
103-112 Ω, teplota okolia -20÷60°C, presnosť 1,6% (alebo  
2,5% dle rozsahu ), stupeň krytia – IP40 podľa STN EN 60 529,  
prevedenie podľa STN EN 837

## Výrobca vyhlasuje:

- A. Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a sú prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a s požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B.
- B. Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných základných technických podmienkach.
- C. Pri posudzovaní zhody boli použité:
- a) harmonizované technické normy – STN EN 837 (časť 1, 2 a 3)  
STN EN 562  
STN EN 60 529
  - b) slovenské technické normy –

Prehlásenie o zhode je vydávané v súlade s STN EN 10 204+A1.

Dátum: 9.7.2010

Miesto vydania vyhlásenia: Stará Turá

Ing. Tomáš Čurka  
VVTÚ

**PREMATLAK a.s.**

nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá  
IČO: 36 300 781, IČ DPH: SK 2020180922

