

# VYHLÁSENIE O ZHODE

## Vyhlásenie o zhode vydáva:

PREMATLAK a.s.

nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

IČO: 36 300 781

## Výrobok :

Názov: Tlakomer  
Typ: 03399-S  
Krajina pôvodu: Slovenská republika  
Popis a funkcia výrobku: zadný prípoj, pr.100 mm, závit M 20x1,5 (G1/2“), tlakový rozsah -4-0 kPa až 0-40 kPa (-40-0 mbar až 0-400 mbar), merací prvok-bronzová krabicová membrána, puzdro- antikorózna oceľ, priezor-sklo, číselník-hliníkový plech, ukazovateľ-hliníkový plech, teplota okolia – 20-60°C, presnosť 1,6% , stupeň krytia – IP 43 podľa STN EN 60 529, prevedenie-STN EN 837-3

## Výrobca vyhlasuje:

- A. Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a sú prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a s požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B.
- B. Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných základných technických podmienkach.
- C. Pri posudzovaní zhody boli použité:
- a) harmonizované technické normy – STN EN 837 (časť 1, 2 a 3)  
STN EN 562  
STN EN 60 529
  - b) slovenské technické normy –

Prehlásenie o zhode je vydávané v súlade s STN EN 10 204+A1.

Dátum: 17.3.2010

Miesto vydania vyhlásenia: Stará Turá

Ing. Tomáš Čurka  
VVTÚ

**PREMATLAK a.s.**

nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá  
IČO: 36 300 781, IČ DPH: SK 2020180622

7